

定時降水環境放射能測定結果(暫定値)(第1285報)

モニタリング5(定時降水)

令和3年2月4日

採取期間	測定結果	
	放射性セシウム	
	セシウム134 (MBq/km ²)	セシウム137 (MBq/km ²)
1月5日9時～1月6日9時	ND (1.82)	ND (1.88)
1月7日9時～1月8日9時	ND (2.20)	2.85 (1.93)
1月8日9時～1月12日9時	ND (2.20)	ND (1.87)
1月12日9時～1月13日9時	ND (2.12)	ND (1.93)
1月18日9時～1月19日9時	ND (2.04)	ND (1.84)
1月26日9時～1月27日9時	ND (1.93)	ND (1.77)
1月28日9時～1月29日9時	ND (2.13)	ND (1.86)
1月29日9時～2月1日9時	ND (2.01)	5.76 (1.85)

括弧内の数字は検出下限値

なお、他の人工放射性核種は検出されませんでした。

【参考】

- 1 採取場所…福島県環境創造センター福島支所(福島市方木田地内)
- 2 測定機関…福島県環境創造センター福島支所
- 3 分析装置…ゲルマニウム半導体検出器
- 4 測定方法…緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法(放射能測定法マニュアル(文部科学省))