

仕 様 書

1 設置場所

南会津郡南会津町永田字風下14-1

福島県立南会津病院 未滅菌室

2 対象機器

サクラ精機株式会社製 高圧蒸気滅菌装置

VSSV-AM09W 2台

3 点検等の内容

(1) 点検内容（高圧蒸気滅菌装置本体） ※契約期間中1回

内缶パネル・レール取り外し清掃及び組立

安全弁分解擦合わせ研磨及び調整

減圧弁分解清掃調整

ストレーナー分解清掃

外缶・内缶スチームトラップ分解清掃

Air回路及び配管締め付け点検

真空ポンプ点検及びグラスアップ

運転調整

(2) 交換部品

スチームトラップ 6個（各3個×2台分）

扉パッキン 4個（各2個×2台分）

フィルター 2個（各1個×2台分）

Oリング 2個（各1個×2台分）

フィルターカートリッジ 2個（各1個×2台分）

電磁弁 8個（各4個×2台分）

4 その他

法定検査実施の際には立ち会うこと。