

装置の概要

【型式等】

装置名称：静電気許容度試験機
メーカー：ノイズ研究所

【仕様】

出力電圧：0.2～30 kV
極性：+、-
放電モード：接触放電（直接・間接放電）
気中放電



静電気放電イミュニティ試験ができます！

【装置の特徴】

IEC 61000-4-2 :2008 Ed.2.0に準拠した試験が可能です。
最大30kVの電圧のため、供試品の誤動作、限界値の見極めを余裕をもって行えます。

【主な用途】


試験機器が人体からEUTへの静電気放電及び近傍への静電気放電による電磁波により、影響を受けないかを確認できます。



＜放電ガン及び電極＞



＜静電気許容度試験機 本体＞



＜垂直結合板＞

料金・問い合わせ先

	区分	単位	料金(円)
設備使用	静電気許容度試験機	1時間ごと	770
依頼試験			

〒963-0297

郡山市待池台1丁目12番地

TEL : 024-954-4961 (電子・情報科)

FAX : 024-959-1761

県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当科までご確認ください。